Microvette® 300/500

Mode d'emploi



1. Tourner le bouchon pour ouvrir la Microvette®.

2. Fixer le bouchon à la base de la Microvette®.



3. Recueillir le sang en utilisant toute la circonférence du tube.



4. Remettre le bouchon sur la Microvette® et le verrouiller: entendre le 'clic'.

5. Homogénéiser le prélèvement en retournant 2 ou 3 fois la Microvette®.

Tous les échantillons de sang de patients doivent être traités avec les précautions standards.

Porter des gants!

SARSTEDT France
Route de Gray
Z.I. des Plantes
70150 Marnay
Tél.: 03 84 31 95 95
Fax: 03 84 31 95 99
info.fr@sarstedt.com
www.sarstedt.com

SARSTEDT

Sous réserve de modification technique

Cette brochure peut contenir des informations sur des produits non disponibles dans certains pays

264a-301